

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 10 DE ENERO DE 2024

Hoja 1 de 2

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
1	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARCIAL	Nombre: HOSPITAL COSTA DEL SOL Localidad: Marbella IRA-3563 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3563/23 Fecha Solicitud: 04.07.2023	Autorización de la instalación para: <ul style="list-style-type: none">• Dos aceleradores lineales de electrones de marca Varian modelo True Beam provistos de un sistema de imagen guiada por rayos X	INSTALACIÓN PLAN INVEAT Instalación de segunda categoría se autoriza para posesión y uso de equipos generadores de radiación y materiales radiactivos con fines médicos en el campo de la aplicación de la oncología radioterápica (teleterapia) Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha Nota: La propuesta de dictamen técnico no incluye la autorización de equipo de braquiterapia de alta dosis, si bien si está realizada la evaluación en el IEV, dado que no dispone de autorización de PPF de las fuentes radiactivas requerido por la Instrucción del CSN IS-41.

Trámite Normal

INSTALACIONES RADIATIVAS PLENO 10 DE ENERO DE 2024
Hoja 2 de 2

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
EVALUACIÓN CSN/SRO				
2	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACION	Nombre: HOSPITAL PUNTA DE EUROPA DE ALGECIRAS Localidad: Cádiz IRA-2665 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-2665/2023 Fecha Solicitud: 07.06.2023	Modificación de la instalación para: – sustitución de un acelerador VARIAN modelo DHX por un acelerador VARIAN modelo TRUE BEAM capaz de producir electrones y fotones, con filtro aplanador (FF) y sin filtro aplanador (FFF)	Instalación de segunda categoría se autoriza para posesión y uso de equipos generadores de radiación en el campo de la oncología radioterápica (teleterapia) Precisa inspección previa a notificación de puesta en marcha