

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 4.1 Hospital Costa del Sol, IRA-3563, Marbella
 - 4.2 Hospital Punta de Europa de Algeciras, IRA-2665, Cádiz

5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

Trámite simplificado

6. Informe sobre instalaciones radiactivas
7. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión
8. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. Incidencias en instalaciones
10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Informaciones específicas
 - 12.1 Propuesta de calendarios y alcance mínimo de los simulacros del PEI 2024
13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 13.1 Presidencia del CSN
 - 13.1.1. Contribución anual del CSN al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2023
 - 13.2 Secretario General
 - 13.2.1 Evaluación de resultados del sistema integrado de supervisión de centrales (SISC) correspondiente al tercer trimestre de 2023
 - 13.2.2 Evaluación de resultados del sistema integrado de supervisión de centrales (SISC) correspondiente al tercer trimestre de 2023: Área estratégica de seguridad física
 - 13.2.3 Acta del Pleno del Consejo nº 1686, de fecha 13 de diciembre de 2023
14. Comisiones del Consejo y Comités

15. Cumplimiento de encargos del Consejo

16. Informe sobre delegaciones del Consejo

16.1 Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de multa coercitiva a la entidad EUROCONTROL, S.A.

16.2 Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DSN de apercebimiento a la instalación NATIONAL EXPRESS SA

17. Informe de los directores técnicos

17.1 Informe sobre incidentes notificados al CSN ocurridos en instalaciones radiactivas. Año 2023

17.2 Circulares remitidas por el CSN a servicios y unidades de protección radiológica y empresas de venta de equipos de radiodiagnóstico médico y a todos los servicios de dosimetría personal externa

18. Ruegos y preguntas

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1687 del Pleno del Consejo, de 20 de diciembre de 2023.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1687 correspondiente a la reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2023, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

La consejera Pilar Lucio quiso hacer constar su disconformidad con la remisión por algunos miembros del pleno de cierta información para su inclusión en las actas de asuntos que no forman parte del orden del día y que bien hubieran podido ser incorporadas en dicho orden del día a petición de cualquiera de los miembros del pleno. Quiso recordar asimismo la responsabilidad que cada miembro del pleno tiene en cumplir con las competencias que el Estatuto les atribuye sin invadir las competencias de otros y por tanto, ceñir las intervenciones y argumentaciones a dichas competencias.

Por otra parte recordó que, según el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, los miembros del Pleno discrepantes del acuerdo mayoritario pueden formular votos particulares por escrito, expresando los motivos que lo justifican, y que tanto los votos en contra como las abstenciones eximen de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse de los acuerdos adoptados. Por lo tanto, las explicaciones de voto favorable que se vienen realizando no eximen de responsabilidad y no deberían contener discrepancias o condiciones respecto al sentido del voto a favor que se está adoptando, ya que para ello existen los votos en contra y las abstenciones.

Por último quiso denunciar la gravedad de la filtración a un medio de comunicación con contenido de un acta no aprobada en ese momento por el Pleno del Consejo y, por lo tanto, no publicadas, lo que constituye una vulneración del deber de sigilo. La consejera exigió que se tomasen medidas correctoras para que no se vuelva a revelar información con la intención de dañar a la institución.

El presidente mostró su conformidad con las opiniones expresadas por la consejera.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN COFRENTES. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-02-23 rev. 0 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNCOF/COF/2312/303) relativa a la solicitud Iberdrola Generación Nuclear S.A.U., titular de la central nuclear Cofrentes, de aprobación de la propuesta de cambio PC-02-23 rev. 0 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la instalación.

El objeto de la solicitud es corregir la redacción en la Condición Límite de Operación 3.11.4 *Presión del espacio entre tapas del contenedor* para establecer correctamente los límites de

presión aplicables. Adicionalmente, la solicitud actualiza la sección 5.6 *Procedimientos, programas y manuales*, de las normas administrativas de las ETFM.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone apreciar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. CN TRILLO. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/03, revisión 1, a las Especificaciones técnicas de funcionamiento

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Referencia CSN/PDT/CNTRI/TRI/2311/317) sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-22/03 Rev.1 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

La propuesta de modificación PME-4-22/03, revisión 1, tiene como objetivo incorporar en la ETF 4.9.1 “Fuentes de corriente alterna”, dos nuevos requisitos de vigilancia para comprobar la cantidad de aceite lubricante almacenada para los generadores diésel de salvaguardias y emergencia.

La evaluación de la DSN considera aceptable la modificación propuesta por el titular de CN Trillo y propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno ha analizado la solicitud y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. Propuesta de Instrucción Técnica Complementaria a la autorización de instalaciones radiactivas de radiografía industrial exclusivamente con rayos X

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica de Instrucción Técnica Complementaria (ITC) (Ref: CSN/SRO/IRIN/IRA-00000/ITV-bunker operación-02/2023) asociada a las autorizaciones de instalaciones radiactivas de radiografía industrial exclusivamente con rayos X.

La mencionada ITC tiene por objeto la mejora de la seguridad y protección radiológica en la realización de operaciones de radiografía industrial en búnkeres exclusivos para equipos de rayos X, y viene a completar los requisitos incluidos en la ITC “CSN/SRO/IRIN/IRA-0000/ITC-bunker operación-01/2021” que se remitió en fecha 15/09/2021 relativa a la autorización de funcionamiento de las instalaciones con búnkeres de uso mixto de radiografía y gammagrafía industrial.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** la remisión de la Instrucción Técnica Complementaria a la autorización de instalaciones radiactivas de radiografía industrial exclusivamente con rayos X.

SEGUIMIENTO: NO

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

4.1. Hospital Costa del Sol, IRA-3563, Marbella

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3563/2023) relativa a la solicitud de autorización de puesta en marcha de la instalación radiactiva de oncología radioterápica del Hospital Costa del Sol.

La solicitud de puesta en marcha de la instalación incorporará dos equipos aceleradores lineales de electrones de marca Varian modelo True Beam provistos de un sistema de imagen guiada por rayos X.

La solicitud de autorización de puesta en marcha de esta instalación se presenta dentro del marco del Plan de Inversión en Alta Tecnología (INVEAT) sanitaria, impulsado por el Gobierno de España.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

4.2. Hospital Punta de Europa de Algeciras, IRA-2665, Cádiz

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-4/IRA-2665/2023) la solicitud de autorización de modificación de la instalación radiactiva del Hospital Punta de Europa de Algeciras consistente en la sustitución de un acelerador VARIAN modelo DHX por un acelerador VARIAN modelo TRUE BEAM.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

Trámite simplificado

6. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radiactives (SCAR):

Evaluado por la DPR:

- Canadent Dental Company SL, ERX/GC-0014, Las Palmas de Gran Canaria

Evaluado por el SCAR:

- Aluminera Extrusión SA,IRA-3565, Granollers (Barcelona)

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-01/ERX/GC-0014/23
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3565/2023

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

7. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

8. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada.

12. Informaciones específicas

12.1. Propuesta de calendario y alcance mínimo de los simulacros del PEI 2024

La Secretaria General presenta para información del Pleno la propuesta, elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, de calendario y alcance mínimo de los simulacros del Plan de Emergencia Interior (PEI) del año 2024.

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaria General.

13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

13.1. Presidencia del CSN

13.1.1. Contribución anual del CSN al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

13.2. Secretario general

13.2.1. Evaluación de resultados del sistema integrado de supervisión de centrales (SISC) correspondiente al tercer trimestre de 2023

El Pleno toma nota de la información aportada el secretario general.

13.2.2. Evaluación de resultados del sistema integrado de supervisión de centrales (SISC) correspondiente al tercer trimestre de 2023: Área estratégica de seguridad física

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

13.2.3. Acta del Pleno del Consejo N° 1686, de fecha 13 de diciembre de 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

15. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 21/12/2023: Prórroga de licencias de supervisor (1) y operador (2) de instalaciones radiactivas.

- Resolución de 20/12/2023: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (92) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 14/12/2023: Prórroga de una licencia de operador de instalación nuclear CN Trillo.
- Resolución de 15/12/2023: Prórroga de licencias de supervisor (1) y operador (2) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/12/2023: Concesión de licencias de supervisor (12) y operador (90) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/12/2023: Prórroga de licencias de supervisor (4) y operador (7) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/12/2023: Concesión de licencias de supervisor (4) y operador (17) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/12/2023: Prórroga de licencias de supervisor (10) y operador (31) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 15/12/2023: Concesión de diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica (2).
- Resolución de 19/12/2023: Modificación de la homologación de curso de asignatura "Radiobiología y Radioprotección" impartida en el quinto grado de odontología, organizado por Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 26/12/2023: Notificación a IRA - 0162.
- **DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00):**
 - Resolución de 14/12/2023: Apercibimiento a IRA-0126.
 - Resolución de 14/12/2023: Apercibimiento a IRA-2538.

16.1. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de multa coercitiva a la entidad EUROCONTROL, S.A.

La Secretaría General presenta para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica sobre la imposición de una multa coercitiva a EUROCONTROL, S.A. (IRA-0162) por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

16.2. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DSN de apercebimiento a la instalación NATIONAL EXPRESS SA

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DSN sobre el apercebimiento a NATIONAL EXPRESS SA, por incumplimientos encontrados en la inspección de transporte de material radiactivo.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

17. Informe de los directores técnicos

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

17.1. Informe sobre incidentes notificados al CSN ocurridos en instalaciones radiactivas. Año 2023

El Pleno toma nota de la información aportada.

17.2. Circulares remitidas por el CSN a servicios y unidades de protección radiológica y empresas de venta de equipos de radiodiagnóstico médico y a todos los servicios de dosimetría personal externa

El Pleno toma nota de la información aportada.

18. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo.

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1688 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:47 horas del día 10 de enero de dos mil veinticuatro.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General
Pablo Martín González*

*Vº Bº
Firmado electrónicamente por el Presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*