

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 2

1391
275054
ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.


CERTIFICA: Que se ha personado el día uno de julio de dos mil ocho en IOCESA, sita [REDACTED] en Huelva.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada medida de densidad y humedad de suelos, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorización de puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Industria y Energía con fecha 10 de octubre de 1995.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- 
- Disponen de un equipo [REDACTED], nº 24240, con fuente de Cs-137 de 8 mCi, nº 75-6252 y Am-241/Be de 40 mCi, nº 47-20303. _____
 - Disponen de un monitor de radiación, calibrados en el [REDACTED] con fecha 1-6-04, encontrándose en fase de calibración. _____
 - La revisión del equipo la realiza [REDACTED] soldadura 25-2-04) y las pruebas de hermeticidad [REDACTED] (21-11-07). _____
 - Disponen de un Diario de operación general y uno para el equipo. _____
 - Disponen de una Licencia de Supervisor y una de Operador. _____

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL


ENTRADA 16581

Fecha: 23-07-2008 12:41

- Disponen de dosímetros personales, sin datos significativos. _____
- Efectúan reconocimientos médicos en [REDACTED] _____
- Han remitido al CSN el informe anual de 2007. _____
- Disponen de material de balizamiento. _____
- Están gestionando el seguro y consejero de transporte. _____


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cuatro de julio de dos mil ocho.

[REDACTED]



TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **IOCESA** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME 10.07.08



[REDACTED]