



ACTA DE INSPECCIÓN

Don [REDACTED], Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,


CERTIFICA:

Que se ha personado el día nueve de mayo de dos mil catorce en el CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA (CIMA), sito en la [REDACTED] en PAMPLONA (Navarra).-----

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección, solicitada por el Área de Evaluación de Instalaciones Radiactivas del Consejo de Seguridad Nuclear, previa a la modificación (Clausura de una de las dependencias) de una instalación radiactiva de segunda categoría, destinada a la utilización de equipos y radionucleidos para la investigación en biomedicina, ubicada en el emplazamiento antes mencionado, y cuyas últimas autorizaciones de modificación fueron concedidas por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 15 de septiembre de 2010, la cual dejaba sin efecto a las anteriores autorizaciones, y por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 6 de mayo de 2013.-----

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Doctor en Biología y Dña. [REDACTED], Doctora en Química, ambos Supervisores de la instalación, en representación del titular, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.-----

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el Acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.-----





Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

- La instalación ha solicitado una modificación consistente en la clausura de una de las cuatro Salas de Trabajo (la ubicada en la [redacted] planta) de las que dispone.-----

- Dicha sala se encontraba señalizada de acuerdo con el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, disponiendo de medios para establecer un acceso controlado.-----

- En el momento de la inspección no se encontraban almacenado ningún material radiactivo dentro de la sala.-----

- Los niveles de radiación medidos en la sala (frigorífico de almacenamiento de material radiactivo, zonas de manipulación, papeleras y fregadero) fueron de Fondo radiológico ambiental.-----

- Dichas medidas fueron realizadas con dos equipos para la detección y medida de la radiación: uno de la firma [redacted], modelo [redacted], con nº de serie 7326, calibrado por la [redacted] en fecha 16/01/12; y otro de la firma [redacted] con nº de serie 180216, calibrado en la [redacted] en fechas 21/05/10 y verificado por los Supervisores de la instalación en fecha 9/09/13.-----


DESVIACIONES:

- No se detectaron.-----

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y en la sede del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, a catorce de mayo de dos mil catorce.



TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado del CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA (CIMA), para que con su firma, identificación, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.-



Conforme con el contenido del Acta.

Pamplona a 15 de mayo de 2014

Firmado:

