

## ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICA:** Que se ha personado el día catorce de diciembre de 2010 en la instalación de rayos X que la empresa Centro Médico Virgen del Rosario, S.L., de NIF [REDACTED] sita en C/ [REDACTED], Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico médico, que tiene pendiente concluir una modificación de la instalación solicitada el 30 de septiembre de 2009 al no haber aportado la documentación requerida por la Autoridad Competente.

La última inscripción de la instalación es de nueve de enero de 2002, con el nº [REDACTED] RX/MU -1638 en el Registro Oficial de Instalaciones de rayos X para Diagnóstico Médico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Que la Inspección fue recibida por D<sup>a</sup>. [REDACTED], Administradora y D<sup>a</sup> [REDACTED] Recepcionista. Colaboró con la Inspección D<sup>a</sup> [REDACTED] Operadora.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

### OBSERVACIONES

#### **UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS**

- La instalación de rayos X se encuentra ubicada en la planta baja de un edificio de viviendas. \_\_\_\_\_
- El equipo de rayos x existente es un equipo dental [REDACTED] nº de serie

UnyA184 de 60kV y 7 mA con marcado CE, no inscrito en la instalación. \_\_\_\_

- La sala está reglamentariamente señalizada, con cartel de aviso a embarazadas, disponiendo de control de accesos a la misma. \_\_\_\_\_
- Se disponen de delantal y protecciones tiroidales plomados. \_\_\_\_\_

### DOS. NIVELES DE RADIACIÓN

Se ejecuta disparo sobre vasija con agua, registrándose en el puesto del operador una lectura, para una tensión de 60 kV, 7 mA, 0,16 s, 206 nSv/h. \_

Se manifiesta a la Inspección que se realizan unas siete exploraciones a la semana. \_\_\_\_\_



### TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION

Se justifica la acreditación de D. \_\_\_\_\_ para dirigir la instalación. \_\_\_\_\_

### CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se disponen de dos dosímetros personales, cuya lectura realizada por \_\_\_\_\_, correspondiente a octubre de 2010, no arroja valores significativos. \_\_\_\_\_
- Se verifica la disponibilidad del Control de Calidad anual con fecha 19/5/2010, realizado por la UTPR \_\_\_\_\_.
- Dispone de documento de informe anual con fecha 19/5/2010. \_\_\_\_\_
- El equipo \_\_\_\_\_ existente procede de la instalación RX/MU1639, domiciliada en la misma dirección que la que es objeto de este Acta. \_\_\_\_\_
- El titular de la instalación manifiesta la intención de aportar a Autoridad Competente la documentación necesaria para regularizar la situación administrativa de la instalación. \_\_\_\_\_

**DESVIACIONES**

- En el momento de la inspección el equipo [REDACTED], que aparece inscrito se dio de baja en agosto de 2009 y el equipo [REDACTED] existente está sin inscribir. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a veintidós de diciembre de 2010.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL  
[REDACTED]

**TRÁMITE.** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de la empresa Centro Médico Virgen del Rosario, S.L. de Puente Tocinos, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]