



ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día dos de junio de dos mil quince en el **INSTITUTO DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC)** sito en [REDACTED] de Mairena del Aljarafe (Sevilla-41927).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medida de densidad y humedad de suelos, cuya última autorización fue concedida por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Economía, de fecha 5 de abril de 2004, así como la modificación MA-1 aceptada por el CSN con fecha 27 de abril de 2015.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Apoderado de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La empresa titular de la instalación permanece en concurso de acreedores. _____
- La instalación está cerrada [REDACTED] y al recinto de almacenamiento están custodiadas por el apoderado D [REDACTED] el gerente D [REDACTED]. _____
- Tienen un recinto de almacenamiento de hormigón blindado, con capacidad para almacenar los equipos incluidos en la autorización, que estaba señalizado reglamentariamente, de uso exclusivo y con control de accesos. _____





- En el interior del recinto de almacenamiento estaban los [REDACTED] n/s 19122 y [REDACTED] n/s 18000. _____
- No disponen de licencias de supervisor u operador en vigor. _____
- Durante la inspección se midieron tasas de dosis no significativas en el exterior de los equipos. _____

DESVIACIONES

- No disponen de licencias de supervisor u operador en vigor (IS-28). _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a quince de junio de dos mil quince.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de IACC para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.



CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 14043

Fecha: 18-08-2015 13:43

D. [REDACTED]

Consejo de Seguridad Nuclear

Madrid

Mairena del Aljarafe 30 de junio 2015

Muy Sr. Nuestro: En relación con el Acta de Inspección de Rfª
CSN/AIN/23/IRA/2140/15 debemos decirle que actualmente hay
en vigor una licencia de Supervisor a nombre de [REDACTED]

[REDACTED].

Y para que así conste, por parte de Instituto de Control de
Calidad, firma

[REDACTED]

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AIN/23/IRA/2140/15** de fecha dos de junio de dos mil quince, correspondiente a la inspección realizada en el INSTITUTO DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. (IACC) sito en [REDACTED] de Mairena del Aljarafe (Sevilla-41927).

D. [REDACTED], Apoderado de la instalación,, adjunta un ANEXO DE COMENTARIOS al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta que los comentarios cierran desviación.

Madrid, 1 de septiembre de 2015



Fdo.: [REDACTED]
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS