

SN

CONSEJO DE  
SEGURIDAD NUCLEAR

Hoja 1 de 2

ACTA DE INSPECCION

D<sup>a</sup> [REDACTED], Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

**CERTIFICA:** Que se personó el día cuatro de septiembre de dos mil quince en el **CENTRO RADIO-ONCOLOGICO ANDALUZ, S.A. (CROASA)**, Clínica Parque San Antonio, sita en la [REDACTED] en Málaga.


Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a radioterapia, ubicada en el emplazamiento referido y cuya última Autorización de modificación (MO-2) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO con fecha con fecha 24 de Julio de 2008.

Que la Inspección fue recibida por [REDACTED], Supervisor de la instalación, quien aceptó la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- El día 3 de septiembre de 2015, D. [REDACTED], técnico de [REDACTED] descargó la fuente de Ir-192 (n/s D36F4117), del equipo de Braquiterapia de alta tasa [REDACTED], modelo [REDACTED] (n/s 10263). \_\_\_\_\_
- El equipo (sin fuente) se trasladó a la instalación de CROASA [REDACTED] (IRA/2239), descrito en el Acta: CSN/AIN 16/IRA/2239/15. \_\_\_\_\_
- El día de la inspección [REDACTED], contratado por la empresa de transportes [REDACTED] como conductor de la furgoneta, marca [REDACTED] matrícula [REDACTED] con "carne de conducir clase 7" y TLD personal, se personó en la instalación de CROASA dentro de la Clínica del parque San Antonio, para retirar una fuente de Ir-192. \_\_\_\_\_



- El bulto con la fuente de Ir-192 (n/s D36F4117), descrita en el anterior acta de inspección de fecha 10-06-15 (referencia: CSN/AIN/27/IRA/1502/15) se encontraba, dentro del bunker, acondicionado y señalizado para el transporte.
- Estaba disponible la documentación correspondiente al transporte emitido por \_\_\_\_\_
- Se adjunta, como Anexo I al acta copia del certificado correspondiente a la retirada de la fuente, emitido \_\_\_\_\_.
- Según se manifiesta van a enviar a la oficina virtual del CSN, la hoja de inventario correspondiente a la retirada de esta fuente. \_\_\_\_\_
- En las dependencias de la instalación se encuentra el equipo acelerador de electrones: \_\_\_\_\_ n/s 15082 (CROASA I), sin uso desde febrero de 2011, descrito en el acta anterior de fecha 10 de junio de 2015 (referencia CSN/AIN/27/IRA/1502/15). \_\_\_\_\_
- Según se manifiesta una vez que se desmantele el equipo acelerador, se va proceder a solicitar la clausura de la instalación. \_\_\_\_\_

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a diez de septiembre dos mil quince.



=====

**TRÁMITE.-** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de **CROASA**, en Málaga, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

\_\_\_\_\_ como Supervisor de la instalación, por la presente doy conformidad al acta de inspección y solicito que:

- En el documento público no aparezcan nombres ni apellidos del personal de la instalación.

Adicionalmente declaro que: