

161257



, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día trece de diciembre de dos mil seis en el "CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA", sito en la planta baja del edificio general "H.U. Virgen de la Arrixaca" en 
 de la ciudad de Murcia,.



Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de las instalaciones del citado Centro cuya última modificación por cambio de denominación, fue presentada en la Consejería de Tecnologías Industria y Comercio de la región de Murcia en fecha 12 de agosto de 2005,


Que la Inspección fue recibida por 
Supervisora y responsable de la Instalación, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de

documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal técnico, resulta que:


- La Instalación depende ahora del Servicio Murciano de Salud, manteniendo su denominación de "Centro de Bioquímica y Genética Clínica"-----
- Disponen en la instalación de dos licencias de operador y dos de supervisor en vigor y que los valores de dosis, a fecha de Inspección no son significativos-----
- La instalación está ubicada en [REDACTED] el Hospital Virgen de la Arrixaca y consta de un laboratorio con una única entrada desde el pasillo. -----
- La Instalación permanece adecuadamente señalizada y dispone de medios para efectuar el acceso controlado y que las superficies de trabajo y el suelo están elaboradas con material fácilmente descontaminable-----
- La distribución de salas corresponde a la descrita en la memoria de modificación segunda de la instalación y que no ha sufrido cambios desde la anterior Inspección de diciembre de 2005-----
- Disponen de una zona con ventilación independiente y campana extractora.----
- Disponen de un almacenamiento temporal de residuos en la propia instalación y que la gestión posterior se efectúa a través del Almacén de Residuos General del Hospital con la colaboración del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Virgen de la Arrixaca-----



- La Instalación tiene dos equipos detectores de radiación y contaminación operativos; un monitor 4, [REDACTED] Calibración por [REDACTED] en vigor de acuerdo a propios procedimientos;-----
- Las tasas de dosis medidas en la instalación eran indistinguibles del fondo natural (0.3 micro Sievert/hora)-----
- Exhiben diario de operación actualizado con anotaciones de calibración de monitores, retirada de residuos y entrada de isótopos -----
- La actividad con isótopos radiactivos en la Instalación ha sido reducida durante el año 2006 según comunican sus responsables-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciocho de diciembre de 2006

[REDACTED]



TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento citado, se invita a un representante autorizado del "CENTRO DE BIOQUÍMICA Y GENÉTICA CLÍNICA", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

[REDACTED]

Munici = 26/12/06