

Trámite Normal
17/02/16
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
21	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada Localidad: FUENLABRADA (Madrid) IRA-2930 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2930/2016 Fecha Solicitud: 16-12-15	Autorización de modificación para: - Cambio de la energía de los haces de ambos aceleradores, e inclusión de un haz para toma de imágenes, eliminando el haz de más energía de electrones	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación.	La modificación tiene como fin adaptar los aceleradores a las necesidades actuales del servicio y las técnicas más modernas de radioterapia.