

Trámite Normal
24/02/16
INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
22	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Centro Oncológico de Galicia Localidad: LA CORUÑA IRA-0060 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-15/IRA-0060/2016 Fecha Solicitud: 11-08-15	Autorización de modificación para: - Baja de la unidad de Telecobaltoterapia - Adaptación tecnológica del actual acelerador Clinac DHX para incorporar una nueva energía - Autorización para nuevo acelerador Varian medical Systems,	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma	En fecha 3-02-2016 ha sido retirada la fuente radiactiva del equipo de telecobaltoterapia, aportando Albarán de recogida de residuos por ENRESA y Certificado de la fuente emitido por el fabricante NORDION