

Trámite Normal

15/04/16

INSTALACIONES RADIATIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC 7	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelons Localidad: Barcelona (Barcelonès) IRA-3342 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3342/2016 Fecha Solicitud: 04-12-2015	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un acelerador lineal de la firma Varian con un sistema de imagen volumétrica "KV Imager".- Un conjunto de fuentes de calibración.	La especificación 14ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La instalación está destinada al tratamiento médico mediante técnicas de radioterapia externa. La Unidad de Radiofísica del Hospital realizará las verificaciones periódicas de la instalación de acuerdo con el Protocolo de Garantía de Calidad del Servicio, y desde el punto de vista de la Protección Radiológica. Evaluada por SCAR.