

Trámite Normal

18/05/16

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
57	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) IRA-0510 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-22/IRA-0510/2016 Fecha Solicitud: 2-03-16	Autorización de modificación para: - Cambiar la programación y secuencia de desmantelamiento de dos aceleradores lineales y de montaje de dos nuevos que sustituirán a los anteriores, ya autorizados por Resolución de fecha 04/04/2016.	N/A [La Resolución del 4/04/16, que sigue en vigor, ya incluye la necesidad de notificar al CSN para que efectúe la correspondiente inspección previa a la puesta en marcha de la modificación]	La Instalación cuenta con cuatro búnkeres para aceleradores, tres ocupados y el cuarto que siempre ha estado vacío. La Resolución del 4/04/16, previo informe CSN de 16/03/16, responde a la solicitud de instalar dos aceleradores nuevos: uno en el búnker 3 y otro en el búnker 2, previa retirada de los dos aceleradores que los ocupan. De este modo, el búnker 4 permanecería vacío. Sin embargo, por necesidades asistenciales, el titular solicita ahora mantener siempre en funcionamiento tres aceleradores, para lo cual cambia la programación y secuencia de desmantelamiento. Se presenta el cálculo de blindajes del búnker 4, idéntico a los otros tres.