Trámite Simplificado

18/05/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
51	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: AIRGRUP AEROESTRUCTURAS, SL Localidad: LA RINCONADA (Sevilla) IRA-3322 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3322/16 Fecha Solicitud: 26-05-15	Autorización de Funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de: - Un equipo de rayos X.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El equipo se dedicará a la realización de radiografías en tubos aeronáuticos soldados.
52	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IGEO-2, SL Localidad: CUARTE (Huesca) IRA/3130 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3130/16 Fecha Solicitud: 13/01/2016	Se solicita modificación de la autorización para: - Ampliación de sus dependencias con una delegación en Zaragoza. - Adquisición de cuatro equipos de medida de densidad y humedad de suelos:	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	Tanto las dependencias de la referida delegación como los equipos radiactivos que se incorporan, proceden otra instalación radiactiva que está tramitando su declaración de clausura.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
53	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS Localidad: OVIEDO IRA/3079 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-3079/2016 Fecha Solicitud: 3/03/2016	Se solicita modificación de la autorización para: - Sustitución de un equipo de braquiterapia de alta tasa por otro más moderno.	La carga de la primera fuente del nuevo equipo deberá realizarse en presencia de la Inspección del CSN. Durante el primer año de funcionamiento del nuevo equipo el titular controlará los niveles de radiación en las áreas adyacentes.	El Servicio de Radioterapia del Hospital dispone de cuatro aceleradores lineales y otros dos equipos de braquiterapia de alta tasa.
54	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: OCA ICP, SAU (OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN SAU) Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) IRA/0126 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18/IRA-0126/16 Fecha Solicitud: 27/01/2016	Se solicita modificación de la autorización para: - Cambio de emplazamiento de la delegación de Huelva - Alta de una nueva delegación en Tarragona	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de cada una de los nuevos emplazamientos para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de cada uno de ellos.	La instalación está autorizada para hacer radiografía y gammagrafía industrial, análisis instrumental y realización de pruebas de hermeticidad a fuentes radiactivas encapsuladas. La instalación dispone de capacidad de almacenamiento de material radiactivo en su sede y en cinco delegaciones, que tras esta autorización serán seis.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
55	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: GRUPO TAPER, SA Localidad: ALCOBENDAS (Madrid) OAR/0024 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-04/OAR-0024/16 Fecha Solicitud: 9/02/2016	Se solicita modificación de la autorización para: - Comercialización y asistencia técnica de un nuevo equipo de rayos X para el que ha solicitado aprobación de tipo como aparato radiactivo	N/A.	GRUPO TAPER, SA ya está autorizada para la comercialización y asistencia técnica de otros equipos de rayos X.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
56	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SIEMENS HEALTHCARE SL Localidad: GETAFE (Madrid) ERX/M-0007 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/ERX/M-0007/16 Fecha Solicitud: 30/09/2015	Autorización de modificación para cambiar: - la titularidad, que pasa de SIEMENS SA a SIEMENS HEALTHCARE SL, - el domicilio social, que pasa de Tres Cantos a Getafe, ambas en Madrid.	N/A	Se cambian todas las especificaciones del condicionado de autorización con el propósito de actualizarlas y adaptarlas a la normativa vigente.

Trámite Simplificado

18/05/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC/10	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, SA Localidad: Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) IRA-1760 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-4/IRA-1760/2016 Fecha Solicitud: 1-03-2016	Autorización de modificación por: - Cambio de titular de la instalación pasando de LABCO NOÚS SA a SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A. - Dar de alta un nuevo almacén de residuos radiactivos, que se situará en la planta -1 del edificio.	La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La instalación está destinada al análisis biológicos in vitro par uso clínico e investigación biológica con compuestos marcados con radioisótopos. Evaluada por SCAR.
GC/11	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: GAMMAGRAFIA CORACHÁN, SA Localidad: Barcelona (Barcelonès) IRA-2446 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-6/IRA/2446/2016 Fecha Solicitud: 7.10.2015 y 26.01.2016	Autorización de modificación de una instalación para incorporar nuevos Radionucleidos y aumentar la actividad máxima de otro ya autorizado.		Evaluada por SCAR.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC/12	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: BARNATRON S.A. Localidad: Esplugues de Llobregat (Barcelona) IRA-2451 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-05/IRA-2451/2016 Fecha Solicitud: 19-11-2015	Autorización de modificación para: - Aumento actividad ciclotrón PETtrace - Ampliación laboratorios	La especificación 11ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	Se amplía el laboratorio de síntesis para incluir una zona de calidad ambiental C en que se instalarán tres nuevas celdas para síntesis y radiofármacos. Se ha actualizado el condicionado para incluir la última aceptación expresa del CSN y para adaptarlo a la Instrucción del Consejo IS-28. Evaluada por SCAR.
PV/05	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: IBERINOX 88, SA Localidad: BASAURI (Bizkaia) IRA-3117 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-1/IRA-3117/16 Fecha Solicitud: 19-04-2016	Autorización de modificación de la instalación radiactiva por: - Adquisición de tres espectrómetros portátiles por fluorescencia de rayos X. - Establecimiento de una delegación de la instalación radiactiva en Etxarri Aranatz (Navarra)		No se considera necesaria inspección previa para la puesta en marcha de la modificación. Evaluada por Gobierno Vasco

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
PV/06	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Arania, SA Localidad: AMOREBIETA (Bizkaia) IRA-2459 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-2/IRA-2459/16 Fecha Solicitud: 19-02-2016	Autorización de modificación por: - Añadir dos equipos de rayos X medidores de espesor.	La especificación 10ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la misma.	Evaluada por Gobierno Vasco