

Trámite Simplificado

6/07/16

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
76	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: DRAVO, SA Localidad: MADRID IRA/3008 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-3008/16 Fecha Solicitud: 31/05/2016	Se solicita autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Incorporación de un equipo de medida en continuo para determinación de la densidad de mezclas de fluido y lodo que incorpora un cabezal con una fuente radiactiva encapsulada.- Baja de la dependencia constituida por el barco Costa Atalanta y del equipo radiactivo que iba a ir instalado en el mismo.	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El nuevo equipo Berthold irá montado en el barco Costa Verde de nueva adquisición, que es al que se realizará la inspección de puesta en marcha. Aunque Dravo había obtenido la autorización para instalar un equipo radiactivo en el barco Costa Atlanta, al final no lo adquirió y quedó sin efecto. Ahora solicita eliminarlo de la autorización para que ésta refleje la realidad.
77	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: INDUSTRIAS JIMÉNEZ, SA Localidad: QUART DE POBLET (Valencia) IRA/3359 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3359/16 Fecha Solicitud: 6/06/2016	Se solicita autorización de funcionamiento de una instalación radiactiva de segunda categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Una cabina blindada con un generador de rayos X modelo	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El equipo se utilizará para hacer radiografía industrial para el control de calidad de piezas mecánicas de automoción fabricadas por el propio titular. El equipo de rayos X se ubicará en una cabina blindada dentro de una dependencia de la empresa.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
78	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA</p> <p>Localidad: BADALONA (Barcelona)</p> <p>ERX/B-0088/16</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/B-0088/16</p> <p>Fecha Solicitud: 6/11/2015</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta y asistencia técnica equipos de Tomografía Computarizada (TC) móvil AIRO, fabricado por la empresa MOBIUS IMAGING LLC 	N/A	<p>Se aporta un certificado de BRAINLAB SALES GMBH, distribuidor de MOBIUS IMAGING LLC la Unión europea, en el que se reconoce a SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA como distribuidor de sus productos en el mercado español.</p> <p>Así mismo, BRAINLAB SALES GMBH certifica también que SUMINISTROS HOSPITALARIOS SA dispone de personal capacitado para la prestación de asistencia técnica a sus equipos, manifestando su compromiso para facilitarle el soporte técnico y documental que precisen para realizar dicha actividad.</p>