Trámite Normal
13/07/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
79	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO Localidad: SEVILLA IRA-0066 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-16/IRA-0066/2016 Fecha Solicitud: 18-01-16	Autorización de modificación para el traslado de un acelerador lineal de electrones de la instalación radiactiva del Hospital Duques del Infantado al Hospital Universitario Virgen del Rocío	En la especificación 12 del condicionado anexo, se incluye la necesidad de comunicar al CSN cuando se está en disposición de iniciar el funcionamiento para que efectúe la correspondiente inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la modificación	Cuando el proceso de montaje y puesta en funcionamiento del acelerador objeto de la modificación esté concluido, se procederá a la Clausura de la instalación radiactiva de Radioterapia del Hospital Duques del Infantado El Hospital U. Virgen del Rocío, dispone de un SPR propio