Trámite Simplificado
24/10/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
104	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: AGILENT TECHNOLOGIES LDA SPAIN, SL Localidad: LAS ROZAS (Madrid) IRA/1929 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-06/IRA-1929/16 Fecha Solicitud: 23/08/16	Se solicita modificación de la autorización para: - El cambio de emplazamiento de la instalación radiactiva a otra ubicación dentro del municipio de las Rozas - Ampliación de sus actividades de almacenamiento, comercialización y asistencia técnica a una nueva célula detectora por capsula electrónica (CDE), que cuenta con aprobación de tipo	N/A	Se han revisado las especificaciones para adaptarlas al estándar actual.

Trámite Simplificado

24/10/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC/16	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) Localidad: GIRONA IRA-3358 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3358/2016 Fecha Solicitud: 10.05.2016	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de material radiactivo y una fuente de verificación de actividad exenta.	La especificación 11 requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La instalación manipulará las fuentes con fines de investigación. Evaluado por SCAR