Trámite Normal
16/11/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
105	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL DE LA RIBERA DE ALZIRA Localidad: ALZIRA (Valencia) IRA/2371 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2371/2016 Fecha Solicitud: 15/04/16	Se solicita autorización de modificación para: - Traslado del equipo de alta tasa existente a un nuevo búnker dedicado únicamente a braquiterapia - Instalar un nuevo equipo simulador TAC	En la especificación 12ª se requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de cargar la nueva fuente para poder presenciar la operación.	La IRA dispone de autorización para dos aceleradores lineales, situados en sendos búnkeres, y un equipo de braquiterapia de alta tasa que se ubica hasta ahora en el mismo búnker que uno de los aceleradores. La modificación implica la construcción de dos nuevas salas blindadas: un búnker al que se trasladará el equipo de alta tasa existente y que servirá también como quirófano para braquiterapia, y una sala de exploración blindada para albergar el nuevo equipo TAC.