

Trámite Normal

30/11/16

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
116	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre CENTRO ONCOLÓGICO DE GALICIA Localidad: LA CORUÑA IRA/0060 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-16/IRA-0060/2016 Fecha Solicitud: 22/07/16	Se solicita autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Instalación de un acelerador lineal, en sustitución de otro que será retirado por el suministrador	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación, para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El nuevo acelerador utilizará nuevas técnicas de tratamiento, como son la utilización de energías de fotones sin filtro aplanador, que hace necesaria una revisión a fondo del blindaje.