Trámite Normal
21/12/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
121	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN Localidad: CASTELLÓN DE LA PLANA IRA/1116 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-1116/2016 Fecha Solicitud: 18/08/2016	Solicita autorización de modificación para: - Instalar un acelerador lineal de electrones que lleva incorporado un equipo de rayos x	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo equipo esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El nuevo acelerador se instalará en el antiguo búnker de cobaltoterapia, que ha sido remodelado para alojar el nuevo equipo.