

Trámite Normal

21/12/16

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
121	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓN  Localidad: CASTELLÓN DE LA PLANA  IRA/1116  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-14/IRA-1116/2016  Fecha Solicitud: 18/08/2016	Solicita autorización de modificación para:  - Instalar un acelerador lineal de electrones que lleva incorporado un equipo de rayos x	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando el nuevo equipo esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	El nuevo acelerador se instalará en el antiguo búnker de cobaltoterapia, que ha sido remodelado para alojar el nuevo equipo.