Trámite Simplificado
21/12/16

INSTALACIONES RADIACTIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
122	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID Localidad: VALLADOLID IRA/0447 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18/IRA-0447/2016 Fecha Solicitud: 31/10/2016	Solicita autorización de modificación para: - Remodelación de la sala de braquiterapia para convertirla en habitación de tratamientos metabólicos del Servicio de Medicina Nuclear. - Instalación de un nuevo equipo de braquiterapia de alta tasa de carga diferida - Ampliación del almacén de residuos radiactivos.	En la especificación 12ª se requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	N/A
123	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: BAYER HISPANIA, SL Localidad: SANT JOAN DESPÍ (Barcelona) IRA/3194 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/IRA-3194/16 Fecha Solicitud: 8/11/2016	Solicita autorización de modificación para: - Eliminar de la autorización un radioisótopo por disponer de actividades por debajo del límite de exención.	N/A	N/A

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
124	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: RED PET IBERIA, SA Localidad: ALDAYA (Valencia) IRA/2538 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2538/16 Fecha Solicitud: 14/06/2016	Solicita autorización de modificación para: - Elaboración y comercialización de preparaciones radiofarmaceúticas en monodosis	En la especificación 11ª se requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	N/A