

Trámite Simplificado

21/12/16

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
122	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID  Localidad: VALLADOLID  IRA/0447  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-18/IRA-0447/2016  Fecha Solicitud: 31/10/2016	Solicita autorización de modificación para:  - Remodelación de la sala de braquiterapia para convertirla en habitación de tratamientos metabólicos del Servicio de Medicina Nuclear.  - Instalación de un nuevo equipo de braquiterapia de alta tasa de carga diferida  - Ampliación del almacén de residuos radiactivos.	En la especificación 12ª se requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.	N/A
123	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: BAYER HISPANIA, SL  Localidad: SANT JOAN DESPÍ (Barcelona)  IRA/3194  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/IRA-3194/16  Fecha Solicitud: 8/11/2016	Solicita autorización de modificación para:  - Eliminar de la autorización un radioisótopo por disponer de actividades por debajo del límite de exención.	N/A	N/A

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
124	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: RED PET IBERIA, SA</p> <p>Localidad: ALDAYA (Valencia )</p> <p>IRA/2538</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2538/16</p> <p>Fecha Solicitud: 14/06/2016</p>	<p>Solicita autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración y comercialización de preparaciones radiofarmacéuticas en monodosis</li> </ul>	<p>En la especificación 11ª se requiere la comunicación al CSN cuando la modificación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que se realice una inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>	N/A