

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se personó el día diecisiete de noviembre de dos mil catorce en el Centro de Astrobiología INTA-CSIC, [REDACTED] 4,5, Torrejón de Ardoz, Madrid.

Que el "Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.)", es el titular de una instalación radiactiva de tercera categoría con fines de investigación y referencias IRA/2761 e IR/M-13/2005 ubicada en el **Laboratorio de Geología Planetaria** del emplazamiento visitado.

Que dispone de Autorización de funcionamiento (PM) para desarrollar las actividades de "*análisis de estructuras cristalinas por difracción de rayos X de rocas y minerales*" por Resolución de 13 de julio de 2005 y dispone de Notificación para la Puesta en Marcha (NOTF) por Resolución de 3 de febrero de 2006, concedidas ambas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

Que la visita tuvo por objeto realizar una inspección de control a la dicha instalación.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED], técnico Investigador y Supervisora de la instalación quien, en representación del titular e informada de la finalidad de la inspección, manifestó aceptarla en cuanto se relaciona con la Seguridad y la Protección Radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido, previamente al inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Para dirigir el funcionamiento de la instalación existe una supervisora, D^a. _____; provista de licencia en el campo "control de procesos y técnicas analíticas" y clasificada como categoría B. _____
- El equipo es manejado únicamente por la supervisora, aunque en la dependencia autorizada permanecen otras personas fuera de la zona delimitada y señalizada del equipo. _____
- El control dosimétrico de la trabajadora expuesta se realiza mediante dosímetro individual de recambio mensual, mediante contrato con _____ S.A." Los valores de dosis acumulada anual a septiembre de 2014 no son significativos. _____
- Disponen de un equipo difractorómetro de rayos X marca _____ modelo _____ identificado correctamente. El equipo se encuentra activo. _____
- El control de acceso al "laboratorio de geología planetaria" donde se encuentra el difractorómetro" se realiza mediante tarjeta individual. _____

El difractorómetro de rayos X, se encuentra dentro de una cabina blindada frente a radiaciones y dispone de control de funcionamiento mediante llaves que se encuentran en poder de la supervisora. _____

Se dispone también de dos biombos (1,80mx1,20m) con láminas internas de 2mm de plomo. _____

El equipo dispone en su parte frontal de señalización con el distintivo básico recogido en norma UNE 73-302 y de área frente a riesgo a radiaciones ionizantes como "zona vigilada" _____

- Dispone de mecanismos de bloqueo (llaves y puertas de cabina) y de parada (setas y botones rojos) así como señalización luminosa de estado. _____
- Se dispone en la instalación de un detector de radiación operativo _____ n/s 2299-019 con certificado de calibración del _____ de 21/12/11. _____
- Se realiza con periodicidad mensual una revisión de los sistemas de seguridad y de los niveles de radiación en el exterior del equipo. Se revisaron los registros de noviembre del 2014 con resultados de 00,00 microSv/h y medidas de seguridad correctas. _____

- Durante la inspección y con el equipo en funcionamiento se midieron tasas de dosis no significativas. _____
- Se encontraba disponible, numerado y sellado por el CSN el Diario de Operación registrado con el nº 298.05, cumplimentado adecuadamente por la supervisora. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a uno de diciembre de dos mil catorce.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "Laboratorio de Geología Planetaria del Centro de Astrobiología (C.S.I.C.)", para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido.