

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día treinta de noviembre de dos mil quince en la **CLINICA RETIRO II** sita [REDACTED] en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a medicina nuclear, cuya última autorización de modificación (MO-5) fue concedida por la Comunidad de Madrid con fecha 12 de septiembre de 2005.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Administrador único de la Clínica, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- La Clínica no se encontraba en funcionamiento. _____
- El equipamiento no radiactivo como la gammacámara había sido retirado de la Clínica. _____
- En el Diario de Operación figura una última anotación de fecha 13 de enero de 2015. _____
- No se encontraba almacenado material radiactivo, _____
- Utilizaban monodosis inyectables y I-131 en forma de cápsulas unidosis para tratamientos ambulatorios de hipertiroidismo y rastreos. _____

- Las jeringuillas de las monodosis, se encontraban dentro de cubos de plástico señalizados, pendiente de su retirada como residuos clínicos por [REDACTED]: ____
- Los niveles de radiación y contaminación medidos en la instalación dieron valores de fondo. _____
- Según se manifestó se tiene previsto solicitar la clausura de la instalación. ____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dos de diciembre de dos mil quince.

[REDACTED]

[REDACTED]

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **CLINICA RETIRO II** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Estoy a la espera de la retirada de residuos por [REDACTED], en la próxima hora procederé a solicitar la clausura de la instalación en la Comunidad de Madrid.

[REDACTED]

Jadud, 9. diciembre - 2015