

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veinte de enero de dos mil diecisiete en **APLICACIONES TECNOLOGICAS S. A.** sita en [REDACTED] [REDACTED] en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, autorizada para las actividades que figuran en la especificación 6 de la última autorización de modificación (MO-2) concedida por Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid con fecha 29 de abril de 2015.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Director General, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.



Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

- Las labores de instalación y asistencia técnica de los aceleradores lineales de electrones de la marca [REDACTED] y sistemas de radiocirugía robótica [REDACTED], son efectuadas por [REDACTED]. (IRA-2927). _____
- En una dependencia de la planta sótano, señalizada y con acceso controlado, se encuentra, protegido por mamparas plomadas un calibrador [REDACTED] Modelo [REDACTED], provisto de una fuente encapsulada de Cs-137, nº S-1125 de 192,1 mCi en fecha 12-6-2011. Estaba disponible el certificado de la fuente radiactiva. _____
- [REDACTED] ha efectuado una prueba de hermeticidad a la fuente radiactiva con fecha 12 de diciembre de 2016. _____

- Se encuentra instalado un equipo para la detección y medida de la radiación ambiental, [REDACTED], calibrado con fecha 3-11-2016. _____
- Disponen de dosímetros digitales [REDACTED] y equipos para la detección y medida de la radiación [REDACTED]. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor para D. [REDACTED] y dos de Operador. _____
- Disponen de dosimetría personal, sin datos significativos. _____
- La vigilancia médica se efectúa en [REDACTED] _____
- Disponen de un Diario de Operación donde figura la vigilancia radiológica de la instalación, entrada y salida de fuentes y comercialización y asistencia técnica.
- Archivan la documentación relativa a la instalación y asistencia técnica de los equipos [REDACTED]. _____
- Se encuentra en elaboración el informe anual. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a veinte de enero de dos mil diecisiete.



TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **APLICACIONES TECNOLOGICAS S. A.** para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



ROQUELO DE MARCON - 30-Enero-2017