

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED], funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), acreditado como inspector,

CERTIFICA: Que se personó el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete en el **DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA**, de la **FACULTAD DE PSICOLOGÍA**, de la **UNED**, sita en [REDACTED] de Madrid (28040).

La visita tuvo por objeto realizar una inspección de control de la instalación radiactiva ubicada en el emplazamiento antes referido, destinada a las actividades recogidas en la especificación 4ª de la autorización vigente concedida por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Comunidad de Madrid, de fecha dieciséis de febrero del año 2000.

La Inspección fue recibida por D. [REDACTED], con Licencia de Supervisor, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.


De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

UNO. INSTALACIÓN.

- Disponen de las dos dependencias incluidas en la autorización, señalizadas y de uso compartido, y con control de acceso. _____
- Disponen de una fuente encapsulada de Cs-137 incorporada en un contador de centelleo. _____

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCIÓN.

- Disponen de equipos de protección personal y control de contaminación. _____



TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN.

- Disponen de una licencia de supervisor y una de operador en vigor. _____
- Disponen de registro sobre la impartición de un curso de formación en el año 2016 a la operadora existiendo registro del mismo. _____
- No disponen de dosímetro personal de solapa tipo TLD. Solamente usan H-3 por lo que el sistema no es eficiente para detectar las radiaciones emitidas por dicho material radiactivo. _____

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN.

- El material radiactivo estaba señalizado reglamentariamente. _____
- Los residuos radiactivos, sólidos y líquidos, estaban en contenedores señalizados. La mayor parte contienen H-3. _____
- Los residuos líquidos están en un contenedor metálico y los residuos sólidos en dos bolsas precintadas. _____
- Desde el año 2013 no han usado material radiactivo. _____
- Disponen de registros de cada operación con material radiactivo con el nombre del usuario, actividad utilizada, tipo de residuos generados, actividad de los residuos y control de contaminación. _____
- Disponen de registros de niveles de contaminación con frotis realizados al finalizar cada uso de material radiactivo. _____
- No han retirado contenedores de residuos radiactivos, ni habían eliminado bolsas de residuos sólidos desclasificados, ni habían vertido efluentes líquidos solubles en agua al alcantarillado público. _____
- Disponen de Diario de Operación, sellado y registrado en el CSN, y cumplimentado por el supervisor. _____

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre

Energía Nuclear; el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a cinco de mayo de dos mil diecisiete.

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 1836/1999 se invita a un representante autorizado del titular para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Conforme,

Madrid, 12 de
Mayo de 2017

Supervisor de la
Instalación IRA-1422