

## **ACTA DE INSPECCIÓN**

, funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

**CERTIFICO QUE:** me he personado el día 2 de marzo de 2022 en el Centro de Diagnóstico por Imagen Forasté, SA, con NIF , en la en Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación destinada a radiodiagnóstico médico con última inscripción de la instalación realizada en fecha 20.06.2018 en el registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagnóstico médico de la Direcció General d'Energia, Mines, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

La inspección fue recibida por , responsable de radioprotección, quién aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Se advierte a la representante del titular de la instalación que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

### **GENERALIDADES**

- No se observan discrepancias en relación con los datos registrales. -----
- La instalación se encontraba ubicada en la planta baja en el emplazamiento referido.
- Estaba disponible el plano de la instalación. -----
- Disponían de 3 equipos de rayos X fijos instalados en las salas convencional, mamografía y densitometría. -----
- Disponían de:
  - 1 acreditación para dirigir en instalaciones de Radiodiagnóstico médico a nombre de
  - 6 acreditaciones para operar en instalaciones de Radiodiagnóstico médico ----

- Estaban disponibles 7 dosímetros personales para la realización del control dosimétrico de la instalación. -----
- Disponen de un convenio con el \_\_\_\_\_ para la realización del control dosimétrico de la instalación. -----
- Estaban disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los últimos 5 años.-----
- Estaba disponible el programa de garantía de control de calidad y protección radiológica. -----  
--
- Estaba disponible un contrato escrito con \_\_\_\_\_
- Se disponía del certificado de conformidad emitido por \_\_\_\_\_ en 24.08.2021.-----
- Estaba disponible la clasificación del personal. -----
- Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radiación de dichos equipos realizados por \_\_\_\_\_ en 12.08.2021. -----
- 
- En dichos controles se realizaban las verificaciones de dosis a paciente.-----
- Presentaban el informe periódico anualmente. -----
- Disponían de 2 delantales plomados, protectores tiroideos y gonadales. -----
- Disponen de carteles de aviso a embarazadas.-----
- Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plástico con una altura de agua de unos 15 cm o phantomas de los propios equipos. -----
- El equipo utilizado por la Inspección para la detección de los niveles de radiación fue uno de la firma \_\_\_\_\_, modelo \_\_\_\_\_ n/s \_\_\_\_\_.

### **Sala Convencional**

- Lindaba con:
  - zona técnica de control
  - edificio anexo
  - zona de informes
  - pasillo
- El equipo instalado era de la firma \_\_\_\_\_ nº serie \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, para realizar radiografía convencional. -----



encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Signat digitalment  
per

Firmado por  
46126561S

T)

Data: 2022.03.08  
12:48:20 +01'00'

el día  
24/03/2022 con un  
certificado  
emitido por AC

---

**TRÁMITE:** En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Centro de Diagnóstico por Imagen Forasté, SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.