

Trámite Simplificado
22/02/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
17	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: LABORATORIO DE ENSAYOS DE NAVARRA, SL</p> <p>Localidad: PAMPLONA</p> <p>IRA/1790</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1790/17</p> <p>Fecha Solicitud: 4/08/2016 y 12/12/16</p>	<p>Solicita autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de ubicación del búnker, dentro del mismo emplazamiento - Baja de un equipo de medida de densidad y humedad 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de utilizar el nuevo búnker para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</p>	<p>La instalación tiene autorizados tres equipos de densidad y humedad de suelos de la firma CPN.</p> <p>Las limitaciones del nuevo recinto impiden albergar el tercero, por lo que se modifica la autorización para ajustarla a las posibilidades del nuevo búnker.</p>
18	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SL</p> <p>Localidad: MALPARTIDA DE CÁCERES (Cáceres)</p> <p>IRA/3351</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3351/17</p> <p>Fecha Solicitud: 4/08/2016 y 4/01/17</p>	<p>Solicita autorización de modificación para disponer de hasta cuatro equipos que podrán ser indistintamente de uno de los siguientes tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca Troxler - Marca CPN 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</p>	<p>Esta nueva instalación está recientemente autorizada para dedicarse a medida de densidad y humedad en suelos y tiene autorizado un solo equipo, que ahora sube a cuatro.</p> <p>Sigue pendiente de realizarse la inspección de puesta en marcha, razón por la que se mantiene esta condición.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
19	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SGS TECNOS, SA</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA/0089 A</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-57/IRA-0089 A/17</p> <p>Fecha Solicitud: 06/02/2017</p>	<p>Solicita autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación del número y de modelos de equipos de gammagrafía industrial - Realizar la comercialización y asistencia técnica a sus propios equipos y accesorios de la marca Oserix. 		<p>El sector de la gammagrafía industrial está sufriendo una crisis de suministro del fabricante NTP, cuya fábrica en Europa ha sido cerrada por la autoridad reguladora de Bélgica (FANC).</p> <p>Por ello, las empresas de gammagrafía están incorporando nuevos suministradores.</p> <p>SGS TECNOS es una de las mayores empresas de España en este sector.</p>
20	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA (SAICA)</p> <p>Localidad: ZARAGOZA</p> <p>IRA/1870</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1870/17</p> <p>Fecha Solicitud:9/01/2017</p>	<p>Solicita autorización de modificación para incorporar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres medidores de gramaje, que incorporan, cada uno de ellos, una fuente radiactiva encapsulada - Un medidor de caudal que alberga una fuente radiactiva encapsulada 		<p>Los equipos radiactivos se utilizan en control de procesos con fuentes radiactivas encapsuladas.</p> <p>Los nuevos equipos se incorporan dentro de nuevas máquinas adquiridas al fabricante y son muy similares a otros de los que ya dispone el titular.</p>

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
21	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ÁLAVA INGENIEROS, SA Localidad: MADRID OAR/0047 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/OAR-0047/17 Fecha Solicitud: 20/07/2016	Solicita modificación de la autorización para: - Incluir la comercialización y asistencia técnica de nuevos equipos de difracción de rayos X - Dar de baja la comercialización y asistencia técnica de un tipo de cabinas cerradas de inspección mediante rayos X	N/A	Se aportan contratos de distribución y servicio técnico entre Álava Ingenieros y los fabricantes de los equipos

Trámite Simplificado

22/02/2017

INSTALACIONES RADIATIVAS (ENCOMIENDAS)

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
GC-05	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Envigo CRS, SA Localidad: SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA (Barcelona) IRA-1393 Referencia informe técnico: CSN.GC/IEV/MO-8/IRA-1393/17 Fecha Solicitud: 20-10-2016	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Dar de baja un estabulario autorizado (Sala 114ª)- Reorganizar el espacio para construir dos SAS (uno de entrada y otro de salida), dos laboratorios de manipulación, la zona de contadores, el pasillo interior y tres estabularios.- Desplazar el almacén de residuos radiactivos a un módulo exterior.	La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha de la instalación modificada.	La instalación está destinada a la investigación en el campo de la farmacología animal. Evaluada por SCAR.