

Trámite Normal
4/05/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
57	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Localidad : PAMPLONA IRA/3325 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3325/17 Fecha Solicitud: 25/06/2015	Solicita autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de: - Un acelerador lineal de electrones para radioterapia.	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	La Clínica Universidad de Navarra solicita autorización para abrir nueva sede en Madrid, de momento con un acelerador de electrones, aunque prevé sucesivas ampliaciones para nuevos equipos. Una vez recibida la documentación, el solicitante informó de que la memoria presentada iba a ser modificada por cambios en el proyecto. El 30-12-2016 se recibió la nueva documentación que sustituía a la remitida y posteriormente diversa información complementaria, la última el 7-04-17