

Trámite Normal

4/10/17

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
115	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: CSR DIAGNÓSTICOS, SL, Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA IRA/0238 Referencia informe técnico: CSN/MO-5/IRA-0238/2017 Fecha Solicitud: 15/11/16	Autorización de modificación para incluir: <ul style="list-style-type: none">- Un equipo de braquiterapia de alta tasa;- Un equipo de ortovoltaje de la firma Zeiss modelo Intrabeam con un generador de rayos X- El uso de fuentes encapsuladas para implantes permanentes	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento del nuevo equipo de braquiterapia para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El equipo de braquiterapia se ubica en un búnker que en su día fue de cobaltoterapia y que no se utilizaba.