

Trámite Normal

15/11/17

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
130	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPLEJO HOSPITALARIO INFANTA CRISTINA DE BADAJOZ  Localidad: BADAJOZ  IRA/0584  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-17/IRA-0584/17  Fecha Solicitud: 14/08/17	Autorización de Modificación para:  - sustitución de un acelerador lineal de electrones de la firma Siemens, por otro de la firma Elekta  - Baja de un equipo de Braquiterapia pulsada de la firma Nucletrón	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento del nuevo acelerador para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El equipo de Braquiterapia no dispone de fuente radiactiva y no llegó nunca a ponerse en funcionamiento