

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día cinco de diciembre de dos mil trece en **NORCA INGENIERIA DE CALIDAD S.L.**, sita en [REDACTED], en Santander (Cantabria).

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a la espectrometría por fluorescencia de rayos X con fines de análisis instrumental, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Industria del Gobierno de Cantabria en fecha 10 de noviembre de 2008, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED], Supervisor de la instalación radiactiva, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- El titular de la instalación radiactiva ha cambiado a favor de Norca Ingeniería de Calidad SLU. _____
- La instalación se encuentra ubicada en la planta primera del edificio y consta de un equipo portátil de espectrometría por fluorescencia de rayos X de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] y n/s 32618. _____
- El día de la inspección, el equipo se encontraba guardado en su armario y la maleta disponía de candado. Para que el equipo funcione es necesario que el botón de proximidad este pulsado además del gatillo. _

- Disponen de señalización reglamentaria. _____
 - Disponen de una licencia de supervisor y seis de operador en vigor. ____
 - Realizan revisiones de seguridad y niveles de radiación del equipo cada seis meses y se anotan en el diario de operación _____
 - Estaban disponibles las últimas lecturas dosimétricas del mes de septiembre de 2013 emitidas por _____ y con dosis profundas acumuladas de fondo. _____
 - Realizan el reconocimiento médico anual en _____: _____
 - Disponen de un monitor de radiación _____ con n/s 2093-157 calibrado en el _____ con fecha 5 de septiembre de 2012. ____
- Disponen de un programa de calibración de los sistemas de detección y medida de la radiación, en el que se indica que la calibración se realizará cada dos años. _____
- Se realiza la verificación del monitor semestralmente coincidiendo con las revisiones de seguridad del equipo de rayos x. _____
- Disponen de Diario de Operación diligenciado. Anotan nombre del operador, lugar de trabajo, nº de disparos, parámetros y verificaciones de seguridad y niveles de radiación. _____
 - En octubre de 2013 se realizó un curso de formación en protección radiológica. _____
 - Durante la inspección se midieron tasas de dosis no significativas junto al equipo en funcionamiento. _____
 - Se ha recibido en el CSN el Informe Anual de la instalación correspondiente al año 2012. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la

presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a trece de diciembre de dos mil trece.

 

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de "**NORCA INGENIERIA DE CALIDAD S.L.**" para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.