

Trámite Simplificado
10/01/18
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES, SL (TBS) Localidad: BARCELONA IRA/1551 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-1551/18 Fecha Solicitud: 7/11/17	Autorización de modificación para añadir un equipo irradiador de sangre	El fabricante del equipo en Alemania, tiene representación en España y realiza la asistencia técnica de estos equipos. El irradiador de sangre se utiliza para esterilizarla y se suministra a hospitales y algún centro de investigación. Aunque la sede de TBS está en Barcelona, la nave que aloja el búnker está en un polígono de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El búnker se utiliza raramente porque el equipo se envía directamente desde la fábrica al hospital.
2	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SA (CEPSA) Localidad: MADRID IRA/1233 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-10/IRA-1233/17 Fecha Solicitud: 13/07/17	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Un equipo de medición de densidades- 3 equipos de medida de nivel- Cambio de sede social de la empresa	Estos equipos se instalarán en una Refinería en San Roque Cádiz

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
3	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: GAMMACÁMARA MURCIA, SL</p> <p>Localidad: MURCIA</p> <p>IRA/1306</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-8/IRA-1306/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 20/07/17</p>	Autorización de modificación para traslado de la instalación	<p>La instalación se dedica a Medicina Nuclear con fines de diagnóstico y tratamientos médicos ambulatorios.</p> <p>No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación en el nuevo emplazamiento hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p>
4	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA/3335</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3335/18</p> <p>Fecha Solicitud: 11/12/17</p>	Autorización de modificación para traslado de la instalación	La instalación dispone de un solo equipo radiactivo portátil de espectrometría de fluorescencia de rayos X. El emplazamiento es el lugar en que se almacena el equipo después de su uso, que es un armario cerrado con llave.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
5	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: INOXPA S.A.U.</p> <p>Localidad: BANYOLES (Gerona)</p> <p>IRA-3397</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3397/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 28.09.2017</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de un equipo portátil de rayos X</p>	<p>El equipo se utilizará para análisis por fluorescencia de rayos X de la composición química de materiales metálicos y aleaciones de forma no destructiva.</p> <p>No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>
6	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ACABADOS FUNDICIÓN SL</p> <p>Localidad: MANRESA (Barcelona)</p> <p>IRA-3399</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM-1/IRA-3399/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 20.10.2017</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de un equipo de rayos X</p>	<p>El equipo se utilizará para para la inspección de piezas en el ámbito industrial por tomografía de rayos X.</p> <p>No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ICS-HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-0081</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-17/IRA-81/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 06-07-2017</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ampliación de dependencias autorizadas: una sala de TC y una sala de espera o recovery para pacientes inyectados PET. - Alta de un equipo de TC 	<p>La instalación está destinada al diagnóstico por imagen y al tratamiento médico mediante técnicas de medicina nuclear.</p> <p>El SPR del Hospital realizará las verificaciones periódicas de la instalación y el control desde el punto de vista de la PR de la instalación.</p> <p>La sala recovery es para pacientes que, después de una exploración PET, deben permanecer a la espera dentro del Servicio de medicina nuclear</p> <p>No podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>
8	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: PAPELERA GIPUZKOANA DE ZICUÑAGA, SA</p> <p>Localidad: HERNANI (Gipuzkoa)</p> <p>IRA-0523</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-12/IRA-0523/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 10-11-2017</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un nuevo búnker de almacenamiento de fuentes radiactivas 	<p>El búnker se utilizará para almacenar las fuentes, que se usan en la fábrica en control de procesos, una vez agotadas hasta que son retiradas por el suministrador, así como para recepcionar las fuentes nuevas y almacenarlas hasta su instalación.</p> <p>Evaluado por Gobierno Vasco.</p>

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: CMM, SLU</p> <p>Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)</p> <p>ERX/C-0017</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/C-0017/17</p> <p>Fecha Solicitud: 29/12/2015</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, que faculta para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico de las firmas <ul style="list-style-type: none"> o FM CONTROL: fluoroscopio portátil extremidades (Xi Scan). o MEDTRONIC: fluoroscopio/TC móvil (O-arm Imaging System) 	<p>Se presenta documentación acreditativa del acuerdo de distribución entre la empresa solicitante y las empresas fabricantes de los equipos a comercializar</p> <p>Las pruebas de aceptación preceptivas de los equipos suministrados a sus clientes serán realizadas por las empresas autorizadas para la venta y asistencia técnica de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico</p> <p>Tras recibir la solicitud se han enviado tres peticiones de información adicional, la última respondida el 22/11/17.</p>

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
10	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ALBOEX PERIFÉRICOS, SL Localidad: RUBÍ (Barcelona) OAR/0120 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0120/17 Fecha Solicitud: 30/05/2017	Se solicita autorización para de comercialización y asistencia técnica de 5 modelos de equipos de rayos X	Los equipos están diseñados para inspección de productos envasados, todos ellos con aprobación de tipo ALBOEX PERIFÉRICOS, SL ha remitido un acuerdo de distribución en España con el fabricante de los equipos, así como acreditación del fabricante de la capacitación para prestar asistencia técnica a favor de un técnico del solicitante.