

Trámite Simplificado  
4/04/2018  
**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
50	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: CENTRE MEDIC DIAGNOSTIC ALOMAR, SL</p> <p>Localidad: LLEIDA</p> <p>IRA-3403</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEEV/PM-1/IRA-3403/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 18-07-2017</p>	<p>Solicita autorización para el funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un equipo PET/TC de la firma Siemens.</li> <li>- Un conjunto de 3 fuentes encapsuladas, para la calibración del equipo PET/TC.</li> <li>- Una fuente de verificación</li> <li>- Radioisótopos no encapsulados</li> </ul>	<p>Nueva instalación destinada al diagnóstico por la imagen y terapia mediante el uso de radiofármacos emisores de positrones.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>
51	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre : INSTITUT CATALA DE LA SALUT - HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL</p> <p>Localidad: BADALONA (Barcelona)</p> <p>IRA-2039</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEEV/MO-12/IRA-2039/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 09-01-2018</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva de 2ª categoría de medicina nuclear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporar nuevo radionucleido en la lista de radioisótopos autorizados</li> </ul>	<p>Instalación destinada al diagnóstico y la terapia ambulatoria de pacientes en el ámbito de la medicina nuclear.</p> <p>Evaluado por SCAR de Cataluña.</p>

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
52	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	<p>Nombre: GESTIÓN DE LOGÍSTICA OMEGA, SL</p> <p>Localidad: SAN AGUSTÍN DE GUADALIX (Madrid )</p> <p>ERX/M-0142</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/M-0142</p> <p>Fecha Solicitud: 24/05/2017</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico, que faculta para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desmantelamiento y destrucción de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico</li> </ul>	<p>El Real Decreto 1085/2009, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, define en su Art. 2:</p> <p style="text-align: center;"><i>Asistencia Técnica: Cualquier actividad de instalación, montaje y mantenimiento preventivo o correctivo, de equipos de rayos X de diagnóstico médico, <u>así como el desmantelamiento y destrucción de equipos.</u></i></p> <p>En el articulado se especifica que para prestar asistencia técnica a este tipo de equipos se requiere la correspondiente autorización, por lo que el desmantelamiento y destrucción de estos equipos ha de ser efectuado por una empresa autorizada.</p> <p>El solicitante es una instalación radiactiva autorizada para desmantelar y destruir equipos de rayos x, salvo los regulados por el RD 1085/2009.</p> <p>Con esta autorización, la empresa podrá extender su actividad a este nuevo sector.</p>

### OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
53	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: COMERCIAL QUÍMICA JOVER, SL Localidad: TARRASA (Barcelona) OAR/0123 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0123/18 Fecha Solicitud: 10/11/17	Autorización de funcionamiento para la comercialización y asistencia técnica de los equipos siguientes: - equipos de rayos X, marca LUM GmbH	Este tipo de equipos se utilizan para análisis de materiales. Los equipos autorizados están amparados por aprobación de tipo concedida por el MINETAD. El servicio de asistencia técnica lo prestarán técnicos de LUM GmbH, casa fabricante del equipos.
54	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: JM COLOMER, SA Localidad: BARCELONA OAR/0125 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0125/18 Fecha Solicitud: 12/12/17	Autorización de funcionamiento para la comercialización y asistencia técnica de los equipos de rayos X IMAL	El fabricante de los equipos y suscribe contrato de representación en España con JM COLOMER, SA, aunque se especifica que toda la labor de asistencia técnica se prestará con técnicos de IMAL SrL.
55	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: PALEX MEDICAL, SA Localidad: ALCOBENDAS (Madrid) OAR/0024 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-08/OAR-0024/18 Fecha Solicitud: 7/02/18	Autorización de modificación para: - Cambio de titularidad, que pasa de Taper Servicio Técnico, SLU a Palex Medical, SA	El representante del titular acredita que Taper Servicio Técnico, SLU ha sido adquirida íntegramente por la empresa Palex Medical, SA, asumiendo toda su operativa, así como el personal técnico de la empresa adquirida.