

Trámite Normal

25/04/18

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
56	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FUNDACION INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA  Localidad: VALENCIA  IRA-0358  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-11/IRA-0358/2018  Fecha Solicitud: 19/02/2018	Solicita modificación de la autorización para sustituir: <ul style="list-style-type: none"><li>- Un acelerador Lineal de electrones antiguo por un nuevo acelerador ELEKTA modelo VERSAHD</li><li>- Un equipo de Braquiterapia antiguo por otro nuevo de la misma firma ELEKTA.</li><li>- Un equipo de rayos X de tomografía computarizada (TC) para simulación, por un nuevo equipo de simulación (TC) marca SIEMENS</li></ul>	La instalación del nuevo acelerador de electrones ha requerido obras de adaptación en el búnker, que han involucrado, entre otras cosas, instalación de láminas de acero. Se propone requerir al titular la remisión de un certificado con la comprobación de radiación de fuga junto con la solicitud de inspección de puesta en marcha (Condición 14.a).  De acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.