

Trámite Normal  
30/05/2018  
**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
85	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL PUNTA DE EUROPA  Localidad: ALGECIRAS (Cádiz)  IRA/2665  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2665/2018 Fecha Solicitud: 13/11/2017	Modificación de autorización para:  - Retirada de un acelerador lineal VARIAN 600 C - Instalación de un nuevo acelerador lineal marca VARIAN VITAL BEAM	El acelerador sustituto se instala en el búnker del anterior.  De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el Funcionamiento de las modificaciones de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
86	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE ONCOLOGÍA  Localidad: TOLEDO  IRA/1996  Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-1996/2018  Fecha Solicitud: 07/11/2017	Modificación de autorización para:  - Instalación de un nuevo acelerador lineal marca ELEKTA modelo VERSA, HD. Dispone de un sistema de imagen de rayos X asociado, MOD XVI	El acelerador ELEKTA se situará en un bunker diseñado en un principio para una unidad de Cotalto-60. Dicho bunker ha sido adaptado estructuralmente para albergar el mencionado acelerador ELEKTA.  De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación de la presente instalación (acelerador ELEKTA) hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.