

Trámite Simplificado  
27/06/18  
**INSTALACIONES RADIATIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
96	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ASTAR, SA</p> <p>Localidad: SONDIKA (Bizkaia)</p> <p>IRA-2268</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-02/IRA-2268/18</p> <p>Fecha Solicitud: 01-12-2017</p>	<p>Autorización de modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorporación de tres equipos de rayos X, marca Rayonic Sensor Systems, GmbH.</li> <li>- Incorporación de una nueva nave, en otra calle del polígono en que se encuentra la IRA, que alojará estos tres nuevos equipos.</li> </ul>	<p>Los equipos se utilizarán para medir espesores en el proceso de fabricación de poliéster reforzado con fibra de carbono.</p> <p>De acuerdo con la Condición 10, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p> <p>Evaluado por Gobierno Vasco.</p>
97	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SERVEI PER IMATGE MOLECULAR I METABÒLICA SA</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-2446</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-07/IRA-2446/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 26-01-2018</p>	<p>Autorización de modificación por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio de titular, de Gammagrafia Corachan SA a Servei per Imatge Molecular i Metabòlica SA.</li> <li>- Incorporar un equipo PET-TC de la firma Philips, modelo TruFlight Select</li> <li>- Siete fuentes encapsuladas para calibración/verificación del equipo PET-TC.</li> <li>- Aumento de la actividad máxima autorizada de varios isótopos e incorporación de nuevos radioisótopos.</li> </ul>	<p>Es una instalación de medicina nuclear que cambia de titular y aumenta la prestación de servicios.</p> <p>De acuerdo con la Especificación 17, durante el primer año de funcionamiento del nuevo equipo PET-CT se controlarán los niveles de radiación en las áreas adyacentes blindadas y de acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p> <p>Evaluada por SCAR.</p>