

Trámite Simplificado
18/07/18
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
102	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: CENTRO ANDALUZ DE DIAGNOSTICO PET, SA Localidad: LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz) IRA-3416 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3416/2018 Fecha Solicitud: 4-05-2018	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de segunda categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un equipo CT, integrado en un tomógrafo PET/CT de Philips con un generador de rayos X- Material radiactivo no encapsulado y fuentes encapsuladas de calibración	Instalación que dispondrá de un equipo PET/CT para aplicaciones en los campos de oncología, neurología y cardiología. De acuerdo con la Especificación 13, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
103	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: FLOWSERVE SIHI (SPAIN), SL Localidad: POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) IRA-3267 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3267/18 Fecha Solicitud: 8-06-2018	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none">- Cambio de titular de FLOWSERVE (SPAIN), SL a FLOWSERVE SIHI (SPAIN), SL.- Cambio de emplazamiento que pasa de una nave en la localidad de Arganda a otra en la de Pozuelo de Alarcón.	Instalación dedicada al análisis instrumental, mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X con fines de control de calidad de las válvulas que fabrica.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
104	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: AIRBUS DEFENCE AND SPACE, SAU</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>OAR/0086</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/OAR-0086/18</p> <p>Fecha Solicitud: 5/06/2018</p>	<p>Se solicita modificación de la autorización de comercialización y asistencia técnica de equipos de rayos X para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorizar las instalaciones del Centro de San Pablo Sur de AIRBUS, ubicadas en Sevilla, para realizar actuaciones de asistencia técnica. 	<p>Determinadas actividades de mantenimiento de motores se realizan en sus instalaciones de Getafe y Barajas.</p> <p>Debido a la carga de trabajo, se solicita ahora poder realizar estas actividades también en sus instalaciones de Sevilla.</p>
105	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: BIZERBA IBERIA ESPAÑA, SAU</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>OAR/0060</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-02/OAR-0060/18</p> <p>Fecha Solicitud: 15/03/2018</p>	<p>Se solicita modificación de la autorización de comercialización y asistencia técnica de equipos de rayos X para incorporar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tres nuevos modelos Raycon, de la marca Sesotec GmbH que disponen de aprobación de tipo de aparato radiactivo. - Siete nuevos modelos con catorce variantes de la marca Multiscan Technologies, SL que disponen de aprobación de tipo. 	<p>Los equipos de la marca Sesotec se utilizan para inspección de productos envasados y los de la marca Multiscan Technologies, SL, se utilizan para la inspección de productos envasados y no envasados y de bultos.</p>