

Trámite Simplificado

3/10/18

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
120	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: INFANTA ELENA DE VALDEMORO  Localidad: VALDEMORO (Madrid)  IRA-3418  Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM/IRA-3418/18  Fecha Solicitud: 19-06-2018	Autorización de funcionamiento de una instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:  - Radioisótopos no encapsulados - Radioisótopos encapsulados para calibración y verificación:	Se trata de una nueva instalación de medicina nuclear.  La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.