

Trámite Normal

17/10/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
123	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTA DEL MAR Localidad: CÁDIZ IRA-0915 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/MO-8/IRA-0915/2018 Fecha Solicitud: 9/03/18 y 20/07/18	Autorización de modificación para: - Dar de baja un Acelerador Lineal de Electrones SIEMENS, modelo ONCOR Impression Plus - Incorporar un Acelerador de Electrones tipo Tomoterapia, modelo TomoTherapy H series de la firma Accuracy. - Incorporar un equipo de rayos X de tomografía computarizada TC simulador de la firma SIEMENS modelo SOMATOM CONFIDENCE	El Acelerador Lineal de Electrones SIEMENS, modelo ONCOR Impression Plus, a pesar de autorizarse en 2012 nunca se llegó a instalar. El nuevo acelerador se ubicará en ese búnker, pero sus características son diferentes y el búnker ha tenido que reforzarse. La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada.