

Trámite Simplificado

31/10/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
126	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: ARRAELA, SL Localidad: CAMBAS (La Coruña) IRA-3421 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3421/18 Fecha Solicitud: 25-06-2018	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de tercera categoría que dispondrá de: <ul style="list-style-type: none">- Un equipo de fluorescencia de rayos X portátil de la marca Bruker .	La instalación se dedicará a análisis de compuestos minerales en hormigones con el equipo portátil de espectrometría de rayos X. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.
127	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: UNIVERSIDAD DE GRANADA Localidad: GRANADA IRA-0130 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-0130/18 Fecha Solicitud: 26-09-2018	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Dar de baja una dependencia- Incorporación de dos nuevas dependencias:<ul style="list-style-type: none">- Una para la realización de radiografías- Otra para un equipo de Tomografía Computerizada (TC).	De acuerdo con la Condición 13, no podrá iniciarse el funcionamiento en las nuevas dependencias hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
128	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN BIOMATERIALES-CIC BIOMAGUNE.</p> <p>Localidad: DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)</p> <p>IRA-2916</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-3/IRA-2916/18</p> <p>Fecha Solicitud: 04-10-2018</p>	<p>Autorización de modificación de la instalación radiactiva por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALTA: Equipo PET-SPECT-CT, marca Molecubes NV. - Incremento de la actividad autorizada de DE FUENTES. - Comercialización de radiofármacos. 	Evaluada por Gobierno Vasco.

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
129	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: EXCEM GRUPO 1971, SA Localidad: MADRID OAR-0062 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-11/OAR-0062/18 Fecha Solicitud: 08-08-2018	Solicita modificación de su autorización para comercialización y asistencia técnica por: - Cambio de denominación comercial de los equipos autorizados marca TSHCAN: el modelo MB1215HL pasa a denominarse MB1215DE	Los equipos se utilizan para inspección de contenedores. El fabricante del equipo es Nuchtech Company Ltd, de China. El cambio final de HL a DE ("Dual Energy") hace referencia a una característica del equipo (energía dual entrelazada) que el fabricante quiere enfatizar en su denominación.