

Trámite Simplificado

28/11/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
136	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Exámenes Médicos por Imagen, SL Localidad: Barcelona IRA-2156 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-4/IRA-2156/2018 Fecha Solicitud: 31-07-2018	Autorización de modificación de la instalación radiactiva de 2ª categoría que consiste en: - Incorporación de un equipo SPECT/CT de la firma Siemens. - Cambio de titular de la instalación.	Instalación destinada al diagnóstico por la imagen y terapia ambulatorio, mediante el uso de técnicas de medicina nuclear. De acuerdo con la Condición 14, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo equipo hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
137	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS</p> <p>Localidad: OVIEDO</p> <p>IRA-3079</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-6/IRA-3079/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 13-06-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de un equipo de radioterapia intraoperatoria móvil, modelo Intrabeam. 	<p>El equipo se empleará para la administración de radioterapia intraoperatoria.</p>
138	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: ISMA 2000 SL</p> <p>Localidad: LA POBLA DE CLARAMUNT (Barcelona)</p> <p>IRA-2902</p> <p>Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-2/IRA-2902/2018</p> <p>Fecha Solicitud: 23-05-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sustitución de un equipo radiactivo por otro similar 	<p>La retirada de la fuente obsoleta será efectuada por el suministrador.</p> <p>Evaluada por SCAR de Cataluña.</p>