

Trámite Normal

28/11/18

INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
134	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: ICO - INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA (HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL) Localidad: BADALONA (Barcelona) IRA-1950 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-8/IRA-1950/2018 Fecha Solicitud: 31-05-2018	Autorización de modificación de la instalación por: - Baja de un acelerador lineal de electrones de la firma Varian, modelo Clinac. - Alta de un acelerador lineal de electrones de la firma Varian, modelo TrueBeam,. - Alta de un sistema de imagen de RX (On-Board Imager- OBI), acoplado al nuevo acelerador lineal.	El nuevo acelerador lineal se instalará en el Servicio de Oncología Radioterápica, en la sala de tratamiento nº 1. De acuerdo con la Condición 12, no podrá iniciarse el funcionamiento del nuevo acelerador hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.
135	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: REPSOL QUÍMICA, SA Localidad: PUERTOLLANO (Ciudad Real) IRA-0385 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/PPF/IRA-0385/18 Fecha Solicitud: 21-03-2018	Autorización de modificación para: - Aprobación del Plan de Protección Física.	Información protegida