

ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e Inspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado, acompañado por D. [REDACTED] funcionario de la CARM e Inspector en prácticas del CSN, el día veintitrés de noviembre de 2011 en la instalación de rayos X para diagnóstico veterinario cuyo titular es Clínica Veterinaria Vega Media, C.B. con [REDACTED] sita en Avda. [REDACTED] Los Dolores, Murcia.

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el domicilio citado, destinada a radiodiagnóstico, cuya última inscripción registral es de 5 de mayo de 2000, y su nº de inscripción es IR/MU-1512.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Veterinario y Director de la instalación.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido de que el acta que se levante así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

BSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación se encuentra ubicada en un bajo comercial de edificio de viviendas. _____
- El único equipo de rayos X existente es un [REDACTED] El accionamiento del equipo es por pedal. _____
- La sala está separada del público y tiene acceso controlado a través de



despacho de la consulta, estando rodeada de dependencias de la clínica veterinaria. _____

- La instalación dispone de la señalización reglamentaria. _____
- Se disponen de dos delantales, collarines y manoplas plomados. _____
- La Inspección verifica el procedimiento utilizado por el operador para protegerse de la radiación, al realizar los disparos con el equipo de rayos X. _____

DOS. NIVELES DE RADIACIÓN.

- Se realizan tres disparos, mediante pedal, con la técnica 56 kV, 100 mA y 0,1 s, sobre botella de agua. El primer disparo estando el operador en el pasillo, registrándose una lectura de 11,2 μ Sv/h y para los otros dos se registran en el puesto de mostrador de atención al público 149 y 176 nSv/h. _____

TRES GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- Se exhibe el Programa de Protección Radiológica. _____
- Se exhiben el último control de calidad anual y el certificado periódico de conformidad de la instalación, ambos realizados por la UTPR _____ el 17/2/2011, no mostrando anomalías. _____
- Hay contrato con la UTPR citada con fecha 14/2/2011. _____
- Se verifica la acreditación del titular para dirigir la instalación. _____
- La inspección comprueba el control de dosimetría personal para una sola persona correspondiente a septiembre de 2011, realizado por el _____ sin valores significativos. _____

DESVIACIONES

- No está disponible el certificado de vigilancia de radiación. _____
- No está disponible el certificado de conformidad de la instalación. _____

- No consta la remisión al CSN del último informe anual

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Murcia y en la sede de La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a cinco de diciembre de 2011.



EL INSPECTOR ACREDITADO POR EL
C.S.N.

Ede

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999 citado, se invita a un representante autorizado de Clínica Veterinaria Vega Media, C.B., de Los Dolores, Murcia, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste, a continuación, su conformidad o reparos al contenido del Acta.

30/12/11

• Adjuntamos
pendientes.

los tres certificados

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN-RM/AIN/1/RX-MU/1512/2011** de fecha 23/11/2011, correspondiente a la inspección realizada en Clínica Veterinaria Vega Media, C.B., sita en [REDACTED] bajo de los Dolores de Murcia

[REDACTED] representante de la instalación adjunta un ANEXO DE REPAROS o alegaciones al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta:

-Que se acepta la documentación aportada pero solo se subsana completamente la desviación correspondiente al Certificado de Conformidad, ya que no se justifica la remisión al CSN del último informe anual y se aporta un informe anual de verificación de niveles de radiación ambiental cuando lo que se requiere es un Certificado.

Murcia, 18 de enero de 2012

