

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL

ENTRADA 19277

Fecha: 09-10-2009 12:32

CSN/AIN/17/IRA/1884/2009

185946

Hoja 1 de 3




ACTA DE INSPECCION

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personó el día catorce de septiembre de 2009 en el INSTITUTO DEL FRIO DEL CSIC, sito en [REDACTED], en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la preceptiva inspección previa a la notificación de puesta en marcha de una instalación radiactiva destinada a investigación, que dicha instalación está ubicada en el emplazamiento referido y cuya última autorización de modificación por la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y energía data de 13 de abril de 2009.

Que la Inspección fue recibida por Doña [REDACTED] Supervisora de la Instalación, quién aceptó la finalidad de la Inspección en cuanto se relaciona con la protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes.




Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada por personal de la instalación, resulta que:





- Disponen de dos licencias de supervisor en vigor hasta 2010 y 2012 respectivamente-----
 - Tienen controlados dosimétricamente a cuatro usuarios con dosímetros de anillo y personales, cuyas lecturas de dosis acumulada anual a enero de 2008 no muestran valores significativos; Fondo de dosis superficial o profunda-----
 - Disponen de autorización MO-1 de fecha 24 de abril de 2009 para una instalación radiactiva. Las instalaciones, a fecha de Inspección, se ajustan a lo autorizado en resolución en cuanto a ubicación y disposición-----
- Instalación se encuentra ubicada en la Planta baja del edificio 2 del instituto del frío-----
- Las instalaciones estaban, señalizadas y disponían de acceso controlado a las mismas-----
- Exhiben diario de operación actualizado y firmado por el supervisor en el que figuran los hitos del traslado de la instalación original a la provisional en tanto duran las obras de la futura y la ausencia de compras de material radiactivo-----
 - Figura anotado en diario la evacuación de residuos por ENRESA y los correspondientes albaranes de entrega -----
 - Los residuos radiactivos del almacén y de la instalación fueron retirados por ENRESA. La zona que ocupaba el antiguo Almacén de residuos de la



instalación ha sido controlada radiológicamente por el supervisor y se le ha despojado de su señalización-----



- Disponen de monitores de radiación y contaminación operativos a fecha de Inspección, -----
- No han efectuado compras de material radiactivo a fecha de Inspección

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a dieciséis de septiembre de 2009

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de INSTITUTO DEL FRIO CSIC para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME, 2


Fdo. 
SUPERVISORA

LA DIRECTORA 
Fdo.: 
