

ACTA DE INSPECCIÓN

D. _____, funcionarios de la Generalitat y acreditados por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectores para el control del funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspección de control de los Servicios de Protección Radiológica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspección de transportes de sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICAN: Que se personaron el día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en las instalaciones de la clínica veterinaria cuyo titular es **MEDITERRANEO ANIMAL CENTER, S.L.**, _____, ubicada _____, de Benicarló, en la provincia de Castellón.

La visita tuvo por objeto la inspección de control, de una instalación de rayos X con fines de radiodiagnóstico médico, ubicada en el emplazamiento referido, cuya comunicación de inscripción vigente (DCL-1) en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, fue concedida por parte del Servicio Territorial de Energía con fecha 21 de noviembre de 2006 y número de registro 12/IRX/0390.

La inspección fue recibida por D. _____, director de la clínica, quien aceptó la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

El representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta:

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

- La instalación consta de un equipo de radiodiagnóstico veterinario de la firma _____

- El equipo da servicio a una mesa móvil flotante con bucky. _____



- La sala donde se ubica el equipo dispone de puerta de acceso de cristal y paredes convencionales, suelo y techo de material _____
- La sala limita el mismo plano con patio exterior, pasillo y quirófano, en su parte r vivienda y en la sótano. _____
- Según se manifiesta, el equipo de acciona mediante _____ o, junto a la mesa o a la distancia de _____ con las protecciones adecuadas. _____
- La puerta de acceso desde el pasillo está señalizada como zona controlada con riesgo de irradiación, según norma UNE 73.302. _____
- La sala no dispone de medios para limitar el acceso. _____

DOS: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

- La instalación dispone de dos delantales, un protector de tiroides, un par de guantes y unas gafas, todos emplomados, como medios de protección contra las radiaciones ionizantes. _____

TRES. NIVELES DE RADIACIÓN

- Los máximos niveles de radiación medidos por la inspección, con unas condiciones de disparo _____ en la pared contigua al quirófano y en la puerta de acceso junto al _____
- El equipo empleado por la inspección para la realización de las medidas de niveles de radiación era de la firma _____, calibrado en el _____ el 24 de marzo de 2014. _

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

- La instalación dispone de dos acreditaciones para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico médico. _____
- El personal de la instalación acreditado (TPE) está clasificado como categoría B. ____
- Disponen de dos dosímetros personal de termoluminiscencia, con lecturas disponibles y actualizadas realizadas a través de la empresa _____
- Las lecturas dosimétricas reflejan asignación de dosis administrativa por no cambio de dosímetro de forma mensual. _____
- Los TPE se realizan reconocimientos médicos periódicos. _____



CINCO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

- La instalación dispone de la notificación de inscripción de equipos en el Registro de equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico. _____
- Disponen de copia de la documentación presentada para la declaración y registro.
- Disponen de contrato de prestación de servicios con la _____ firmado con fecha 21 de octubre de 2014. _____
- Disponen de programa de protección radiológica actualizado, en el que se incluyen normas y procedimientos de trabajo, realizado por la UTPR contratada con fecha 20 de julio de 2020. _____
- El equipo dispone de certificado de conformidad del marcado CE. _____
- Está disponible el último certificado de conformidad de la instalación, firmado por la _____ con fecha 04 de septiembre de 2020. _____
- Disponen de copia del informe de control de calidad y verificación radiológica de la instalación, de fecha 20 de julio de 2020, en el que se refleja el estado aceptable del equipo e instalación. _____
- El último informe periódico de la instalación correspondiente al periodo 2017-2018 ha sido realizado y remitido al Consejo de Seguridad Nuclear con fecha 29 de marzo de 2019. _____



Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear: la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, y el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalación y Utilización de Aparatos de Rayos X con Fines de Diagnóstico Médico, se levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por _____, el día 31/03/2021, con un certificado emitido por ACCVCA-120
Firmado por _____ el día 31/03/2021, con un certificado emitido por ACCVCA-120



TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de la instalación cuyo titular es **MEDITERRANEO ANIMAL CENTER, S.L.**, para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.