

12.04.2013

ACTA DE INSPECCIÓN

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día 28 de marzo de 2013 en SCA Hygiene Products SL, en la (con coordenadas GPS a la entrada de la nave de Mediona (Alt Penedès) provincia de Barcelona.

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspección de una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos industriales, y cuya última autorización fue concedida por el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en fecha 21.09.2009.

Que la inspección fue recibida por don , supervisor y doña , administrativa, en representación del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y protección radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- En fecha 18.01.2013 fueron enviadas a la empresa (los dos equipos radioactivos que disponía la instalación de la firma modelo Cada equipo provisto de una fuente radiactiva encapsulada de Kr-85 de 7,4 GBq, n/s MR 277 y OC 562, de fechas 13.04.2005 y 03.12.2008, respectivamente.-----

- Se adjunta como anexo 1 de la presente acta la carta del transportista de la recogida de las fuentes radiactivas encapsulas.-----

- Hasta la fecha de octubre de 2012 .habian estado disponibles los siguientes dosímetros de termoluminiscencia: 3 personales y 1 para el control del

área de posible influencia radiológica del equipo radiactivo en funcionamiento. ---

- El control dosimétrico lo había realizado el [REDACTED] -----
- Estaban disponibles los historiales dosimétricos de los trabajadores expuestos. -----
- Estaba disponible 1 licencia de supervisor y 1 de operador, ambas en vigor.
- El señor [REDACTED] tiene también la licencia de supervisor aplicada a otras dos instalaciones del mismo titular, [REDACTED]. Estaban disponibles los historiales dosimétricos de dichas instalaciones.-----
- Estaba disponible un equipo portátil para la detección y medida de los niveles de radiación de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED], número 11848, calibrado por [REDACTED] en septiembre de 2012.-----
- Estaba disponible el diario de operación de la instalación. -----
- No consta que hayan solicitado la clausura de la instalación radioactiva.-----

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 2 de abril de 2013.

Firmado:

[REDACTED SIGNATURES]

TRÁMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de SCA Hygiene Products SL, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

