

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

174 619

CSN/AIN/23/IRA/0437/2008

Hoja 1 de 3

ACTA DE INSPECCION

D [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el día veintidós de junio de dos mil siete en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, sito en [REDACTED] Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar unas instalaciones radiactivas destinadas a Radioterapia, Medicina Nuclear y Laboratorios, ubicadas en el emplazamiento referido y cuyas últimas autorizaciones de modificación fueron concedidas por la Dirección General de la Energía ó la Consejería de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid con fechas 04-02-2002, 16-01-1996 y 07-02-2001.

Que la Inspección fue recibida por la Doctora [REDACTED] Jefe del Servicio de Protección Radiológica; y por los jefes o responsables autorizados de los distintos servicios, en representación del titular, quiénes aceptaron la finalidad de la inspección, en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la Protección Radiológica.

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:




B-MEDICINA NUCLEAR (IRA/0437)

- Realizan el control dosimétrico del personal a través del [REDACTED] para 32 dosímetros de solapa y 20 de muñeca. Que a la vista de las últimas lecturas de febrero de 2007 de dosis anual acumulada superficial o profunda Los dosímetros de solapa no mostraban valores significativos; 1.2 mSv el mayor valor y resto inferiores a 0.4 mSv o fondo-----
- La Instalación Radiactiva se encontraba señalizada y disponía de medios para realizar acceso controlado a la misma-----
- La instalación permanece sin cambios desde anterior Inspección-----
- Disponen de un registro informatizado del material radiactivo que entra en la instalación, del que fue requerido por la Inspección un listado del material adquirido en el periodo 1 de junio a 22 de junio de 2007. Que el material adquirido se ajusta al autorizado-----
- El servicio de Radiofísica y Protección Radiológica realiza controles de los niveles de radiación en diversos puntos de las dependencias de la instalación radiactiva autorizada al Servicio de Medicina Nuclear.-----

La gestión de los residuos desde que son considerados como tales en el Servicio de Medicina Nuclear hasta que llegan al almacén corresponde al Servicio de Protección Radiológica y Radio física del hospital-----

Los residuos clasificados se hallan anotados y registrados en el libro del almacén de residuos, sobre el que sella la Inspección. -----



Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de julio de dos mil ocho.

Fdo. : [Redacted]
INSPECTOR

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado del **HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

De acuerdo

S. RADIOFÍSICA Y PR
C. Puerta de Hierro H.U.

*Jefe de Protección Radiológica
Madrid 8 de agosto de 2008*