

Trámite Normal
20/02/19
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
11	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS Localidad: OVIEDO IRA-3079 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-3079/2019 Fecha Solicitud: 4-10-2018	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: <ul style="list-style-type: none">- Incorporar un acelerador lineal de electrones marca Varian, modelo Halcyon,- Dar de baja acelerador lineal de electrones Clinac 2100CD	<p>El acelerador modelo Halycon es el primero de este tipo que se autoriza en España, conceptualmente similar a los equipos de tomoterapia su aspecto y configuración son similares a un equipo de tomografía computarizada. Es un equipo compacto monoenergético (no tiene capacidad de emitir electrones) con una configuración única de 6 MV de fotones, que son emitidos sin filtro aplanador a través de un sistema de conformación multiláminas de doble capa.</p> <p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada.</p>