

Trámite Normal
28/02/19
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Localidad: SANTA CRUZ DE TENERIFE IRA-0273 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-31/IRA-0273/2019 Fecha Solicitud:28-09-2018 y 12-11-2018	Autorización de modificación de la instalación radiactiva para: - Incorporar un acelerador lineal de electrones marca Elekta, modelo Versa - Dar de baja acelerador lineal de electrones Siemens Primus,	La instalación dispone de un total de 4 aceleradores lineales, 2 equipos de RX de radioterapia superficial, un TAC simulador y un equipo de Braquiterapia La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en marcha de la instalación modificada.